

Igazolás

A **VIA-S Kft. Jártassági Iroda** ezúton igazolja, hogy a(z)

Betonpartner Magyarország Kft.

(1186 Budapest, Zádor u. 3.)

Betonpartner Magyarország

(1186 Budapest, Zádor u. 3.)

a 2024-2025. évben szervezett **frissbeton vizsgálatok** vizsgálati témakörben a(z) **zbr38t** kódszámmal az alábbi táblázatban megjelölt vizsgálatokon részt vett.

Helyszíni vizsgálatok		Az egyes mintákhoz tartozó z-értékek					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
Mintavétel (hőmérsékletmérés)	MSZ EN 12350-1:2019	-0,81	0,54	-0,09	0,89	0,36	0,21
Roskadásvizsgálat	MSZ EN 12350-2:2019	1,38	-0,86	0,52	0,43	0,42	-0,22
Terülmérés	MSZ EN 12350-5:2019	-0,37	-0,48	-0,16	-1,21	0,43	-0,47
Testsűrűség meghatározása	MSZ EN 12350-6:2019	-0,47	-1,13	1,06	-0,61	-0,46	0,80
Levegőtartalom meghatározása	MSZ EN 12350-7:2019	-0,09	-0,81	1,15	-0,14	-0,36	0,30
Víztartalom meghatározása	MSZ 4714-2:1986 (visszavont szabvány); MSZ CR 13902:2000 (visszavont szabvány)	-0,43	-0,69	-1,08	-0,18	-1,08	-1,15
Próbatestkészítés- testsűrűség	MSZ EN 12390-2:2019	0,13	0,14	1,28	-0,86	0,07	0,80
Próbatestkészítés- nyomószilárdság	MSZ EN 12390-2:2019	-1,15	-0,34	0,92	-1,41	-0,96	-0,09

Az eredmények a 2025/1/1. 2025/2/1. kiadású jelentés 1. kiegészítésében találhatók.

A résztvevő laboratórium az igazolás és az eredményei alapján saját hatáskörben végzi el a jártasság vizsgálati programban elért teljesítményének értékelését.

Az egyes eredményekhez tartozó z értékek értékelési tartományai:

- ha $|z| \leq 2$: „megfelelő” teljesítmény
- ha $2 < |z| < 3$: „megkérdőjelezhető” teljesítmény
- ha $|z| \geq 3$: „nem megfelelő” teljesítmény.

Érvényes 2028. június 20-ig, vagy a következő terv szerinti (3 év múlva esedékes) frissbetoni vizsgálatok vizsgálati témakörben lebonyolításra kerülő jártassági vizsgálaton való részvételig.

Érd, 2025. július 4.



Horváth Viktória
Irodavezető, VIA-S Kft.